

IGF interner Ringversuch: "Probenahme nach TRGS 402"

In 2023 wird der erstmalig 2020 durchgeführte Ringversuch aller Messenden im IGF als jährliches Format eingeführt.

Die jährliche Teilnahme am IGF internen Ringversuch *Probenahme nach TRGS 402* ist für alle Beschäftigten mit der Funktion *Messleitung* verpflichtend.

Eine krankheits- oder terminbedingte Nicht-Teilnahme muss von der Institutsleitung genehmigt werden.

Nachweise

- Ringversuch "Probenahme A-/E-Staub"
 - am 05.März 2024 (ausgewertet durch: Jannis Barthel)
 - alle Beschäftigten des IGF erreichten prozentuale Abweichungen vom Gruppen-Mittelwert < 30 %
 - Die Vorgaben der TRGS 402 (A2.3.1 Anforderungen an Messverfahren) wurden erfüllt.
- Ergebnisse am 11.06.2025 (ausgewertet durch: Jannis Barthel und Anna Cramer)
 - Ergebnis

https://www.igf-qm.de/doku.php?id=messbetrieb:gefahrstoffe:interner_ringversuch&rev=1756194136
Dieser Ausdruck des elektronischen Dokuments gibt nicht notwendigerweise den aktuellen Stand wieder. Geändert am: 2025-08-26 09:42 Gedruckt am: 2026-04-02 03:47